

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР  
Зајечар  
Расадничка бб  
Број: 1259  
Датум: 26.02.2018.g.  
е-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com  
Факс:019/421-164

### СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара-набавка имплантата за кукове (ендопротеза) у отвореном поступку јавне набавке

Број јавне набавке 1/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници  
Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

#### Питање 1:

Да ли је прихватљиво за Партију 1 понудити Цементну протезу кука без колара, која не садржи дистални централизер, обзиром да стем који нудимо одговара дефинисаним техничким карактеристикама и да је дизајниран тако, да се проксимално центрира?

#### Одговор 1:

Наручилац ће прихватити понуду понуђача за партију 1 – цементна протеза кука , која не садржи дистални централизер, уколико стем који нуди одговара дефинисаним техничким карактеристикама и уколико је дизајниран тако, да се проксимално центрира.

#### Питање 2:

Молимо вас да ускладите конкурсну документацију и отклоните недоумице при попуњавању понуде у делу, који се односи на Бесцементну протезу кука.

Наиме, назив Партије 3-Бесцементна протеза кука без хидроксиапатита се налази у више образаца у конкурсној документацији, али је контрадикторан са описом техничких карактеристика за стем бесцементне протезе кука који гласи "стем са биоактивним наносом по површини читавом дужином" из чега би произлазио назив Партије 3-Бесцементна протеза кука са хидроксиапатитом.

Такође је потребно да појасните за исту партију, да ли наручилац очекује понуду са 28 шрафова као што је наведено у Табели техничких карактеристика и Обрасцу структуре цене, или је за прихватљивост понуде потребно понудити 56 шрафова ( 2 по протези), као што је наведено у опису техничких карактеристика предметног добра.

#### Одговор 2:

Конкурсном документацијом за јавну набавку имплантата за кукове (ендопротеза) бр. набавке 1/2018, у партији 3-бесцементна протеза кука, наручилац је предвидео следећетехничке карактеристике протезе :

**Tražene tehničke karakteristike bescementne proteze:**

**Femorani implantant-stem:**

-predviđen za oseointegraciju putem bescementne funkcije

-izrađen od legura titanijuma, aluminijuma i vanadijuma (TiAlV)

bez kolara, sa metafiziranom mehaničkom stabizacijom i prorastanjem kinasti - zašiljen (tapet) dizajn  
CCD ugao 138 stepeni  
konus vrata 12/14

**sa bioaktivnim nanosom po površini čitavom dužinom najmanje 10 (deset) različitih veličina**

**glava**

Izrađen od legure kobalta, hroma i molibdena (Co CrMo)  
sa najmanje 6 (šest) dužina vrata  
prečnika 28 i 32mm  
konus 12/14  
acetabularni implantant (shell):

-predviđen za oseointegraciju putem bescementne fiksacije

-izrađen od egure titanijuma, aluminijuma i vanadijuma (TiAlV) - sa i bez bioaktivnog nanosa  
-hemisferični dizajn

-predviđen za press-fit način stabiizacije uz mogućnost dodatne mehaničke stabilizacije zavrtnjima

-sa 3 (tri) ili više multicentričnih otvora za dodatnu mehaničku stabilizaciju zavrtnjima  
-u većinama od 46 do 68mm

**Acetabuarni umetak (insert):**

- sa 0 stepeni i 10 stepeni inklinacije

-Materijal inserta : UHMWPE ili cross linked UHMWPE

-Unutrašnji prečnik inserta 28mm i 32mm (mogućnost kombinacije svih veičina acetabuluma i sa gavama od 28mm i sa gavom od 32mm)

**Zavrtnji : (po 2 komada)**

-Korespodentni acetabuarnom implantanu

-Izrađen od legure titanijuma

-Dužina od 2,5 do 4cm

-ili "odgovarajući"

Из описа који се односи на техничку карактеристику бесцементне протезе, наручилац је тражио бесцементну протезу кука са хидроксиапатитом, док је у наслову остао опис бесцементна протеза кука без хидрокциапатита.

Због настале техничке грешке приликом укуцавања , врши се измена конкурсне документације на страни 4.,6.,17., 35. и 37. Који се односи на опис „бесцементна протеза кука без хидроксиапатита“, тако да опис сада гласи : „бесцементна протеза кука са хидроксиапатитом“ .

**Питање 3:**

У Табели додатних услова, под тачком 4 за учешће у ЈН према ЗЈН (чл.75 и 76) захтевали сте „цитат-“Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, операциона техника, потврда или друго), тако што ће уписати број партије и ставке понуђеног добра из техничких спецификација тражених добара, издат од стране произвођача за понуђено добро (на срп. јез.)....”

Како су упутства за сваки појединачни имплантат на српском језику, да ли је као доказ захтеваних техничких карактеристика прихватљиво приложити обележен каталог произвођача на енглеском језику?

**Одговор 3:**

Конкурсном документацијом на стр. 11. и 14., под тачком 4. Додатних услова, наручилац је предвидео седеће:

*„Понуђено добро мора да у потпуности одговара обавезним техничким карактеристикама, у супротном понуда ће се третирати као неодговарајућа.*

*Понуђач је дужан да достави документ (проспект, каталог, операциона техника, филе производа, потврду или друго), тако што ће уписати број партије и ставке понуђеног добра из техничке спецификације тражених добара, издат од стране произвођача за понуђено добро (на срп. јез.), на основу којег наручилац може да изврши проверу свих наведених техничких карактеристика. У случају да понуђач не достави тражене документе или достави документе на основу којег се не може извршити провера свих обавезних техничких карактеристика, понуда ће се сматрати неодговарајућом.“*

Наручилац ће прихвати понуду која се односи на додатни услов под тачком 4., односно каталог произвођача на енглеском језику, обележен на јасан начин тако да се може видети опис сваке тражене техничке карактеристике протезе.

Уколико понуда буде нејасна, наручилац ће поступити у складу са чл. 93 Закона о јавним набавкама.

Комисија за јавне набавке

Прилог:

-I Измена конкурсне документације бр. 1259/1 од 26.02.2018.г.