

ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

Zaječar

Rasadnička bb

Broj: 2285

Datum: 05.04.2018.g.

e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com

Fax:019/421-164

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара-осталог уградног материјала за потребе болнице у поступку јавне набавке мале вредности

Број јавне набавке 6МВ/2018

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:

Молим вас за појашњење везано за ЈН 6МВ/18 Уградни материјал, Партија бр. 3 – “ МРЕЖИЦЕ ЗА ИНКОНТИНЕНЦИЈУ ”.

Техничком спецификацијом од је очигледно фаворизован само један добављач чиме се директно крши начело конкурентности Закона о јавним набавкама (Члан 10.ЗЈН). С обзиром на све наведено ЗАХТЕВАМО да се и наша спецификација прихвати као одговарајуће добро за партију 3 са следећом описом :

“TOT traka za stress inkontinenciju kod žena - Trake TOT (outside-in) 100% monofilamentna-polipropilenska transopturatorna traka. Pletena 0,3 mm gustine, makroporozna, dimenzija 1.1x60 cm, promera pore 80 µm, veličine pore 550x170µm, 78 g/m2 težine, glatkih ivica, elastiteta 7,5%, sa heliko instrumentima”.

У супротном ћемо Вам се обратити Захтевом за заштиту права, због онемогућавања обезбеђивања начела конкурентности у поступку предметне јавне набавке.

Одговор 1 :

Наручилац ће прихватити мрежице за инконтиненцију техничких карактеристика: *“TOT traka za stress inkontinenciju kod žena - Trake TOT (outside-in) 100% monofilamentna-polipropilenska transopturatorna traka. Pletena 0,3 mm gustine, makroporozna, dimenzija 1.1x60 cm, promera pore 80 µm, veličine pore 550x170µm, 78 g/m2 težine, glatkih ivica, elastiteta 7,5%, sa heliko instrumentima”*, под условом да понуда подразумева ДВЕ хеликоидне игле за вишекратну или једнократну употребу од нерђајућег челика (лева и десна) за трансобтураторни приступ, како је тражено техничком спецификацијом у партији 3.

Понуда ће бити прихватљива до висине процењене вредности за партију 3 - 134.500,00 динара без ПДВ-а, предвиђене Планом јавних набавки за 2018. годину ЗЦ Зајечар.

Комисија за јавне набавке