

**ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР**  
**Зајечар**  
**Расадничка бб**  
**Број: 3849**  
**Датум: 15.06.2018.g.**  
**e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com**  
**Фах:019/421-164**

## **СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Набавка добара- Резервног дела - РТГ цев Megalix Cat Plus 125/20/40/80-122GW за рендген апарат Axiom Artis Zee Floor , у отвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 10/18

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 3.3ЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

### **Питање 1:**

На страни 7/35, 8/35, и 16/35, и у члану 3 Модела уговора, Наручилац наводи да цена обухвата гаранцију на рад целог апарата у трајању од 12 месеци, као и годишње превентивно одржавање, те да је Понуђач у обавези да у случају настанка квара у гарантном периоду исти отклони одмах или по позиву наручиоца, или изврши замену свих неисправних резервних делова.

Молимо Наручиоца да има у виду да предметна набавка обухвата ртг цев, и да се гарантни рок мора ограничити на предмет набавке- ртг цев, и да се не може захтевати нови гарантни рок за читав ангиографски систем, нити додатне услуге.

### **Одговор 1:**

У конкурсној документацији на стр. 7, у оквиру захтеваних техничких карактеристика предвиђено је , поред осталог и следеће : „У цену су урачунаџи, поред цене предметна јавне набавке и испоруке, и сви остали трошкови које ће добављач имаџи у реализацији предметне јавне набавке (трошкови транспортна, царине, осигурања, џуџни трошкови, сервисни саџи и остали зависни трошкови). Цена обухваџа гаранцију на рад цео апарата у трајању од 12 месеци као и годишње превентивно одржавање.“

Врши се измена текста, који сада гласи : „У цену су урачунаџи, поред цене предметна јавне набавке и испоруке, и сви остали трошкови које ће добављач имаџи у реализацији предметне јавне набавке (трошкови транспортна, царине, осигурања, џуџни трошкови, сервисни саџи и остали зависни трошкови). Цена обухваџа гаранцију РТГ цеви у трајању од 12 месеци.“

У конкурсној документацији на стр. 8, у оквиру захтеваних техничких карактеристика предвиђено је , поред осталог и следеће : „Понуђач је у обавези да понуди гаранцију за исправно функционисање апарата у трајању од најмање 12 месеци и обвезује се да у случају настанка квара у гарантном периоду исти отклони одмах по позиву наручиоца или изврши замену свих неисправних резервних делова. “

Врши се измена текста, који сада гласи : „Понуђач је у обавези да понуди гаранцију за исправно функционисање РТГ цеви (предметној добра набавке) у трајању од најмање 12 месеци и обвезује се да у случају настанка квара у гарантном периоду исти отклони одмах по позиву наручиоца или изврши замену исте. “

У конкурсној документацији на стр. 16, у оквиру тачке 10. валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди предвиђено је , поред осталог и следеће : „У цену је укључена замена цеви и неопходне калибрације за џуџтање скенера у рад. Цена обухваџа гаранцију на рад апарата у трајању од 12 месеци.“

Врши се измена текста, који сада гласи : „У цену је укључена замена цеви и неопходне калибрације за џуџтање скенера у рад. Цена обухваџа гаранцију на рад РТГ цеви која се набвља, у трајању од 12 месеци.“

У конкурсној документацији на стр. 26, у оквиру Модела уговора, члан 3. Наручилац је у пасусу 6 предвидео следеће : „У цену је укључена замена цеви и неопходне калибрације за џуџтање апарата у рад. Цена обухваџа гаранцију на рад апарата у трајању од \_\_\_\_\_ месеци.“

Врши се измена текста, који сада гласи: „У цену је укључена замена цеви и нејходне калибрације за пуштање РТГ цеви у рад. Цена обухвата гаранцију на рад РТГ цеви у трајању од \_\_\_\_\_ месеци.“

**Питање 2:**

У члану 6 модела уговора наводи се да активирање средстава обезбеђења не искључује право Наручиоца на накнаду штете. Молимо Наручиоца да штету у овом уговору ограничи на директну штету коју понуђач евентуално проузрокује.

**Одговор 2:**

У конкурсној документацији на стр. 27, у оквиру Модела уговора, члана 6. Наручилац је у пасусу 3 предвидео следеће : „Активирање средстава обезбеђења не искључује право Наручиоца на накнаду штете.“

Врши се измена текста, који сада гласи: „Активирање средстава обезбеђења не искључује право Наручиоца на накнаду директне штете коју понуђач евентуално проузрокује.“

**Питање 3:**

Молимо Наручиоца такође да у члану 10. Модела уговора накнаду штете ограничи на директну штету. „Уколико Додављач не изврши испоруку у складу са налогом добијеним од Наручиоца или у случају да се квалитативна или квантитативна неусаглашеност не отклони у договореном року, Наручилац има право да раскине уговор и да тражи накнаду штете.“

Додављач одговара за евентуалне скривене недостатке предмета овог Уговора и дужан је да надокнади штету која настане као последица скривеног недостатка“.

**Одговор 3:**

У конкурсној документацији на стр. 28, у оквиру Модела уговора, члана 10. Наручилац је у пасусу 6 предвидео следеће : „Уколико Додављач не изврши испоруку у складу са налогом добијеним од Наручиоца или у случају да се квалитативна или квантитативна неусаглашеност не отклони у договореном року, Наручилац има право да раскине уговор и да тражи накнаду штете. „

Врши се измена текста, који сада гласи: “Уколико Додављач не изврши испоруку у складу са налогом добијеним од Наручиоца или у случају евентуално скривених недостатака предмета овог Уговора не отклони у договореном року, Наручилац има право да раскине уговор и да тражи накнаду штете. „

**Питање 4:**

У члану 8. уговора наводи се да је обавеза понуђача да омогући: „испоруку и уградњу резервног дела, проверу функционалности апарата, комплетну калибрацију система и пуштање у рад апарата који је комплетно спреман за клиничку употребу, преузимање и одношење неисправног резервног дела у рад апарата који је комплетно спреман за клиничку употребу“.

Молимо Наручиоца да коригује овај захтев, јер дужност понуђача је да омогући уградњу и испоруку резервног дела, проверу функционалности цеви, комплетну калибрацију ртг цеви са пуштањем у рад. Сви други новонастали проблеми везани за функционалност апарата не могу бити подведени под ову јавну набавку, и у случају њиховог настанка морали би се третирати одвојено.

**Одговор 4:**

У конкурсној документацији на стр. 27, у оквиру Модела уговора, члана 8. Наручилац је у пасусу 1 предвидео следеће : „Испорука предмета Уговора подразумева: испоруку и уградњу резервног дела, проверу функционалности апарата, комплетну калибрацију система и пуштање у рад апарата који је комплетно спреман за клиничку употребу, преузимање и одношење неисправног резервног дела.“

Врши се измена текста, који сада гласи: „Испорука предмета Уговора подразумева: испоруку и уградњу резервног дела, проверу функционалности РТГ цеви, комплетну калибрацију РТГ цеви са пуштањем у рад.“

Прилог:

- I измена конкурсне документације бр. 3849/1 од 15.06.2018.г.