

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Зајечар

Расадничка бб

Број: 3156

Датум: 17.05.2018.g.

е-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com

Фах:019/421-164

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара-потрошног материјала за потребе службе трансфузије за период од годину дана у отвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 6/18

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 3.3ЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:

У партији 3, област 1.2, ЈН 6/18, Потрошни материјал за службу трансфузије, наведено је да апарат мора бити фабрички калибрисан за PT, АРТТ I D-Dimer. Да ли је прихватљиво да се калибрација за PT I D-Dimer изводи уз употребу калибратора, с обзиром на то да је калибратор неопходан за још један тест у партији (АТ III), тако да се употреба калибратора на апарату не може избећи. На тај начин омогућићете већем броју потенцијалних понуђача да учествује у Јавној набавци. Фабричку калибрацију има само један понуђач и самим тим крши се начело о омогућавању конкуренције.

Одговор 1:

У вези са вашим питањем везано за партију 3, област 1.2., ЈН 6/18-потрошни материјал за службу трансфузије, није прихватљиво да се калибрација за ПТ и Д -Димер изводи на апарату. Фабрички калибрисани тестови представљају значајну уштеду и економску уштеду (не купују се калибратори, не користе се додатно кивете и потрошни материјал) и временску уштеду (у случају када калибрација није у опсегу, поступак се мора поновити) у односу на калибрисање поменутих тестова на апарату.

Такође, сигурност у добијане резултате је знатно већа (искључује се могућност евентуалне грешке оператера приликом калибрације).

За ставку анти тромбин III, предвиђен је калибратор али су количине тог теста и калибратора доста ниже у односу на укупан број анализа (у просеку анализа анти тромбин III се изводи једном у 3-4 дана).

Везано за вашу констатацију о омогућавању конкуренције, према нашим сазнањима на територији Републике Србије, постоје бар два понуђача која су у стању да конкуришу за ову партију.

Комисија за јавне набавке