

**ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР**  
Зајечар  
Расадничка бб  
Број: 2891  
Датум: 23.04.2019.g.  
е-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com  
Фах:019/421-164

## **СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Набавка добара-набавка реагенаса за коагулацију и тестирање крви за период од годину дана у отвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 2/19  
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 3.3ЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

### **Питање 1:**

На основу члана 63. става 2. Закона о јавним набавкама Републике Србије („Службени гласник Републике Србије број 124/12) као заинтересовано лице у поступку јавне набавке - Реагенаса за коагулацију и тестирање крви за период од годину дана, ЈН број 2/19, молимо за додатно појашњење конкурсне документације:

У напомени за партију број 5 - ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СЛ ТРАНСФУЗИЈЕ КРВИ, Сте написали: „ Потребноје добављач, у време трајања тендерског уговора, достави на коришћење комплетну опрему за рад на гел картицама", на основу досадашњег искуства и начина рада Ваше Службе за трансфузију крви знамо да тестирања у гелу радите како на мануелној тако и на аутоматској опреми за рад на гел картицама. Молимо Вас да нам појасните да ли према Вашем захтеву потенцијални понудач треба да достави на коришћење опрему како за мануелни тако и за аутоматски рад на гел картицама?

### **Одговор 1:**

Конкурсном документацијом, односно, техничком спецификацијом тражених добара и обрасцем структуре цене , на стр. 7 и 37. Наручилац је у оквиру партије 5, предвидео напомену : *„Потребно је добављач, у време трајања тендерског уговора, достави на коришћење комплетну опрему за рад на гел картицама. Понуђене гел картице треба да поседују најмање шест колона.“*

Понуђач може понудити или ручну или аутоматску опрему за рад на гел картицама зато што Правилник о квалитету у области трансфузијске медицине ( "Службени гласник РС", број 6 од 1. фебруара 2019.), члан 17. , не обавезује болничке банке крви да имају аутоматски систем за одређивање крвних група, те ће бити прихватљиве понуде понуђача који понуде било који вид опреме.

Комисија за јавне набавке