

**ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР**  
Зајечар  
Расадничка бб  
Број: 2907  
Датум: 24.04.2019.g.  
e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com  
Фах:019/421-164

## **СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Набавка добара-набавка реагенаса за коагулацију и тестирање крви за период од годину дана у отвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 2/19  
По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 3.3ЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

### **Питање 1:**

Поштовани у вашој Ј/Н бр 2/19 за партију 5 на страни 7 и 36 тражили сте ставку :

1. ID gel kartica za detekciju monospecifičnog DAT testa ( IgG, IgA,IgM,C3C ,C3d, autokontrola )
2. За све гел картице тражено је да буду пак 4x12

Стога вам постављамо питање :

1. Да ли ће бити прихватљива понуда уколико понудимо Гел картицу за детекцију моноспецифичног DAT testa ( АНГ , IgG,C3d i autokontrola )
2. Да ли ће бити прихваћена понуда и уколико понудимо паковање гел картица које није 4 x12 .

### **Одговор 1:**

1. Биће прихватљива и та конфигурација.
2. Наручилац ће прихватити понуду уколико понуђач понуди паковање гел картица које није 4 x12 и уколико је до висине процењене вредности за ту партију која се налази у конкурсној документацији на страни 2.

### **Питање 2:**

У партији 4 на страни 6 конкурсне документације тражили сте да серум анти А1 бочица 5 мл буде моноклонски . Молим Вас да нам одговорите да ли ће бити прихватљива понуда уколико понудимо Анти А1 лектин уместо моноклонски јер су у питању реагенси који се користе у исте сврхе и на исти начин .

Молим Вас да нам у циљу будуће сарадње омогућите равноправно учешће на тендеру.

### **Одговор 2:**

Биће прихватљива понуда уколико се понуди анти А1 лектин.