

ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

Zaječar

Rasadnička bb

Број: 2414

Датум: 06.04.2020.g.

e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com

Факс:019/421-164

## СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара-потрошног материјала за потребе службе урологије у отвореном поступку јавне набавке

Број јавне набавке 5/20

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

### Питање 1:

Молим вас за појашњење везано за ЈН 5МВ/19, Потрошни материјал за урологију, партија 1.

Редни број 2 - "трокраки 100% силиконски оперативни катетер, прави са облим врхом СН 18-22, са балоном 80 мл". Да ли ћете прихватити катетер са балоном 50м?

Редни број 5 - "уретерална сонда ПВЦ по Schevassu, дужине 70цм СН-06". Да ли ћете прихватити сонду дужине 69,5цм?

Редни број 6 - "уретерална сонда J-J полиуретанска са дужим пушером (90цм) СН-4,8". Да ли ћете прихватити сонду са пушером дужине 40цм?

Редни број 7- "получврсти уринарни катетер без балона по Мерциер-у, дужине 37цм СН 8-12". Да ли ћете прихватити катетер дужине 40цм?

Редни број 8- "получврсти уринарни катетер без балона по Nelaton-у ПВЦ СН 8-12". Да ли ћете прихватити катетер без балона по Mercier-у?

### Одговор 1 :

Конкурсном документацијом на страни 4-5, у оквиру области II-ВРСТЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ), наручилац је предвидео добра са описима и карактеристикама које тражена добра треба да поседују.

Наручилац ће прихватити одступање које је наведено у питању а односи се на Редни број 5 - "уретерална сонда ПВЦ по Schevassu, дужине 70цм СН-06". (Да ли ћете прихватити сонду дужине 69,5цм? ), и Редни број 7- "получврсти уринарни катетер без балона по Мерциер-у, дужине 37цм СН 8-12"(Да ли ћете прихватити катетер дужине 40цм) , а што се осталих питања тиче :

Наручилац се приликом дефинисања техничких спецификација трудио да оне буду једноставне, са минимумом услова, описане на објективан начин, али и да одговарају потребама наручиоца, **пре свега из организационих разлога и функционалних потреба наручиоца**, што је у складу са чланом 70, став 1 ЗЈН.

Комисија за јавне набавке